

acaia



Acaia Lunar
ユーザマニュアル

AL008 / AL009 / AL010 / AL012 / AL013


目次

3	パッケージ内容
3	はじめに
3	スケールの概要
4	始めましょう
4	設置環境
4	電源オン / オフ
4	風袋引き
4	モードの切り替え
5	製品のケア
5	バッテリーの充電
5	バッテリー残量インジケーター
5	キャリブレーション
5	お手入れとクリーニング
6	流量インジケーター
7	流量インジケーターを使って抽出する
8	風袋の保存
9	モード詳細
9	モード 1 - はかりモード
9	モード 2 - デュアルディスプレイモード
10	モード 3 - リキッドタイマー自動スタートモード 
11	モード 4 - 自動風袋リキッドタイマーモード  
12	モード 5 - 自動風袋&スタートモード  
13	モード 6 - 自動風袋モード 
14	モード 7 - プアオーバータイマー自動スタートモード  
16	詳細設定
21	付録
21	ボタン
22	LED 表示
23	ファームウェアアップデート
24	エラーコード
24	その他
25	仕様


パッケージ内容

はじめに


当社のスケールをお選びいただき、ありがとうございます。Acaia Lunar は、最高のコーヒー抽出体験をお客様に提供するため、最も厳格な基準で設計および製造されています。まず、Acaia Lunar ボックスに以下のアイテムが入っていることをご確認ください。



Acaia Lunar



耐熱パッド



USB Type-C
充電ケーブル




Acaia 100gキャリブレー
ションウェイト
(分銅)

確認ができたら、「始めましょう」に記載された説明に従い、スケールの使用を開始しましょう。Lunar の多数の機能を十分活用するために、ステップバイステップの手順、例、およびその他の情報が記載されたユーザーマニュアルをよくお読み下さい。

警告: 本製品を正しく取り扱わぬことにより、身体の負傷または物理的な損傷が引き起こされる場合があります。

スケールの概要




* 注: 最高のパフォーマンスを実現するには、計量皿の中央に計量物を置くようにしてください。


始めましょう

設置環境

安定した、振動のない水平な場所にスケールを置きます。



電源オン / オフ




⌃ を押してスケールをオンにします。
⌃ をダブルタップしてスケールをオフにします。


「P_OFF」が0.5秒に設定されている場合、電源ボタンを0.5秒間押します。流量インジケーターが点滅し始めたら、電源ボタンから指を離すと電源がオフになります。

風袋引き

丁 を押して風袋引きをします。/ 重量をゼロにします。



モードの切替




⌃ を長押ししてモードを切り替えます。
「P_OFF」が0.5秒に設定されている場合、電源ボタンを2秒間長押しするとモードが切り替わります。

* 詳細については「モード詳細」の項目をご覧ください。

製品のケア

バッテリーの充電

- バッテリーを充電するには、以下に記載された電源のいずれかにUSBケーブルを接続します。
 - コンピューター
 - USBウォールチャージャー(出力:5V 1A)
 - DCカーチャージャー(出力:5V 1A)
- 空の状態からバッテリーを満充電するには約1~2時間かかります。バッテリーが完全に空にならぬうちに充電して下さい。



バッテリー残量インジケーター




電源をオフにする時



設定へのアクセス時


- スケールの電源をオフにする時、バッテリー残量インジケーターがディスプレイ上に表示されます。
- 詳細設定に入る時にもバッテリー残量を確認することができます。スケールの電源がオフの状態で電源ボタンを長押しすると、LEDディスプレイに[ACIAIA]が表示されてから、[SEt]に変わります。そのまま電源ボタンを押し続けるとバッテリー残量(%)が表示されます。
- スケールをAcaiaアプリに接続してバッテリー残量を確認することもできます。

キャリブレーション




スケールをオンにする

Acaiaスケールを
オンにします。




Tボタンをタップする

スケールがはかりモー
ドで「g(グラム)」表示で
あることを確認し、Tボタ
ンを素早く連打します。



CAL表示の確認

「CAL」がディスプレイ
に表示されるまで、「T」
ボタンを連打します。



ウェイト(分銅)を置く

ウェイトをスケールに
置き、ディスプレイに
['_End_']が表示される
まで待ちます。['_End_']
が表示されたら完了
です!


注:500g、1000gまたは2000gのウェイトを使うこともできます。Acaiaのウェイト以外を使う場合は、標準的なF2クラスのウェイトを使うことをお勧めします。

お手入れとクリーニング

- 製品のお手入れにはぬるま湯を含ませた柔らかい布のみを使用してください。
- 洗剤などの化学薬品は製品の表面のコーティングを損傷する可能性があるため使用しないでください。

流量インジケーター

エスプレッソ流量



流量インジケーターはディスプレイ上部にあるLEDドットバーです。エスプレッソの流量をリアルタイムで可視化し、抽出中のチャネリングを見つけるのに役立ちます。

モード1からモード6までは、左端を0.1g/sとし右へ3.4g/sまでLEDドットが点灯し、エスプレッソの流量を測定します。流量が5.0g/sを超えると最後の3つのLEDドットがより明るく点灯し、流量が多いことを示します。エスプレッソ抽出中、流量インジケーターはこの抽出の流量ピークを1つの明るいLEDドットで表示します。

流量値を読み取りやすくするため、流量インジケーターは、0.5g/s単位で4.0g/sまで表示されます。

プアオーバー流量



モード7(プアオーバータイマー自動スタートモード)では、流量インジケーターにより抽出流量をリアルタイムで可視化し、理想的な流量値を見付けることができます。このインジケーターは左端を0.2g/sとし4.0g/sまでLEDドットが点灯し流量を測定します。流量が12.0g/sを超えると最後の3つのLEDドットがより明るく点灯し、流量が多いことを示します。流量値を読み取りやすくするため、流量インジケーターは、2.0g/s単位で8.0g/sまで表示されます。

注:この機能を有効にするには、詳細設定(P19)の流量インジケーターを参照してください。流量インジケーターを「Grad」に設定してください。

流量インジケーターを使って抽出する



カップをスケールに置き、抽出を開始します。

0:00 00 :



エスプレッソ抽出中、流量インジケーターにこの抽出の最高時の流量が1点の明るいLEDで表示されます。

ピーク時と実際の流量 ↓
0:10 200 :




エスプレッソ抽出中はピーク時の流量LEDが常時点灯します。

現流量 ↓ ↓ ピーク時流量
0:20 35.0 :



抽出の完了時にも、ピーク時の流量LEDが点灯します。

↓ ピーク時流量
0:25 40.0 :



抽出が完了しカップをスケールから外すと、ディスプレイが点滅して液体の最終重量と抽出の平均流量が表示されます。
流量インジケーターには平均流量(ドットLED)とピーク時流量(明るいLED1点)が表示されます。

↑ ピーク時流量
0:25 40.0 :
平均流量 ↓ ↓ ピーク時流量
FLo 11 :

風袋の保存


計量作業時に頻繁に使用する容器がある場合、「風袋の保存」機能を使って容器の重量を保存することができます。風袋保存機能は「はかりモード」と「デュアルディスプレイモード」で有効です。

容器重量の保存



- 1 容器をスケールに置きます。
- 2 計量値が安定したら、風袋ボタンを 2秒間押します。重量がプリセット容器重量として保存されます。
- 3 スケールを引き続き使用することができます。

「風袋の保存」を使って容器重量を差し引く



- 1 中身が入った容器をスケールに置きます。
- 2 Tボタンを 0.5秒間押します。スケールに保存した容器重量が差し引かれます。
- 3 総重量から容器重量が引かれた、正味重量がスケールに表示されます。


・新しい容器重量を保存するにはスケール上に新しい容器を置いてから、Tボタンを 2秒間押すと、新しい容器重量が上書きされます。

・容器重量の風袋引きは1回しかできません。もう一度 Tare ボタンを 0.5秒間長押しすると[CUP]とプリセットされた容器重量が表示されますが容器重量は風袋引きされません。

アクション	操作
容器重量の保存	T ボタンを 2秒間押す
容器重量を差し引く	T ボタンを 0.5秒間押す

モード詳細

モード1 – はかりモード



はかりモードでは、スケールには重量(グラム/オンス)のみが表示されます。


表示

- グラム計測では、LEDディスプレイに[0.0]と表示されます。
- オンス計量では、LEDディスプレイに[0.000]と表示され、左下に[オンス]インジケーターが点灯します。
- グラムの場合は「0.1」g、オンスの場合は「0.002」ozのように表示されます。高解像度では、グラムの場合は「0.01」g、オンスの場合は「0.0005」ozのように表示されます。
- このモードは風袋保存機能に対応しています。

アクション	操作
風袋引き	Tボタンをタップする
モードの切り替え	電源ボタンを長押しする

注:デフォルトの計量単位をグラムまたはオンスに変更するには「詳細設定」の項目(18ページ)の「計量単位設定」を参照してください。

モード2 – デュアルディスプレイモード



デュアルディスプレイモードでは、スケールに[0:00 0.0]と表示されます。左がタイマー、右が重量です。

表示

- グラム計量では、LEDディスプレイに[0:00 0.0]と表示されます。
- オンス計量では、LEDディスプレイに[0:00 0.000]と表示されます。
- タイマーは[0:00]から[9:59]までカウントし停止します。
- このモードは風袋保存機能に対応しています。

アクション	操作
タイマーの開始 / 停止 / リセット	電源ボタンをタップする
風袋引き	Tボタンをタップする
モードの切り替え	電源ボタンを長押しする

モード3 – リキッドタイマー自動スタートモード ♦ – 滴アイコン





スケールがエスプレッソの滴下を感じると、タイマーが自動で開始します。滴下が止まるとタイマーが自動で停止します。


*注:滴下感知モードはエスプレッソマシンからの少量の滴下を感じすることを目的としています。ハンドドリップのようにケトルから注ごうとすると、タイマーが正常に作動しないことがあります。

表示


- グラム計量では、LED ディスプレイに [0:00 0.0] と表示されます。
- オンス計量では、LED ディスプレイに [0:00 0.000] と表示されます。



1 滴アイコンは現在「リキッドタイマー自動スタートモード」であることを示します。



2 スケールにカップを置き、Tボタンをタップして手動で風袋引きを行います。



3 エスプレッソの滴下が感知されると、タイマーが自動で開始します。

4 エスプレッソの滴下が止まるか、またはカップを外すと、タイマーは自動で停止します。

アクション	操作
タイマーの開始	滴下を感じると、タイマーが開始する
風袋引き	Tボタンをタップする
タイマーの停止	滴下を感じなくなると、タイマーが停止する
モードのリセット	Tボタンをダブルタップする
モードの切り替え	電源ボタンを長押しする



モード4-自動風袋リキッドタイマーモード




エスプレッソの最初の滴下からショットの時間を測定することを目的としたモードです。重量の測定値が安定するとスケールは自動で風袋引きを行います。スケールがエスプレッソの滴下を感知するとタイマーが自動で開始します。エスプレッソの滴下が止まるとタイマーも自動で停止します。

表示


- グラム計量では、LED ディスプレイに [0:00 0.0] と表示されます。
- オンス計量では、LED ディスプレイに [0:00 0.000] と表示されます。
- タイマーは、[0:00] から [9:59] までカウントし停止します。



1 滴と正方形のアイコンは、現在「自動風袋リキッドタイマーモード」であることを示します。



2 スケールにカップを置くと、自動で風袋引きが実行されます。



3 エスプレッソの滴下が感知されると、タイマーが自動で開始します。

4 エスプレッソの滴下が停止、またはカップを外すと、タイマーは自動で停止します。

アクション	操作
タイマーの開始	滴下を感知すると、タイマーが開始します
風袋引き	スケール上の重量が安定すると、自動で風袋引きをします
タイマーの停止	滴下が感知されなくなると、自動でタイマーが停止します
モードのリセット	Tボタンをダブルタップする
モードの切り替え	電源ボタンを長押しする



モード 5 - 自動風袋＆スタートモード ▲■ - 三角と正方形アイコン




蒸らし時間を含めたショットの合計時間を測定するためのモードです。スケールにカップを置き重量の測定値が安定すると、スケールは自動で風袋引きを実行し、自動でタイマーが開始します。

表示


- グラム計量では、LED ディスプレイに [0:00 0.0] と表示されます。
- オンス計量では、LED ディスプレイに [0:00 0.000] と表示されます。
- タイマーは、[0:00] から [9:59] までカウントし停止します。



1 三角形と正方形のアイコンは、現在「自動風袋＆スタートモード」であることを示します。



2 スケールにカップを置くと、自動で風袋引きが実行され、自動でタイマーが開始します。




3 蒸らし時間を含めたショットの合計時間が測定されます。

4 エスプレッソの滴下が停止、またはカップを外すと、タイマーは自動で停止します。

アクション	操作
タイマーの開始	スケール上の重量が安定すると、タイマーが自動で開始します
風袋引き	スケール上の重量が安定すると、風袋引きが自動で実行されます
タイマーの停止	滴下が感知されなくなると、自動でタイマーが停止します
モードのリセット	T ボタンをダブルタップする
モードの切り替え	電源ボタンを長押しする



モード 6 - 自動風袋モード ■ - 正方形アイコン




自動風袋引きのみのはかりモードです。スケールにカップを置くと、自動で風袋引きが行われます。いつも通りエスプレッソを抽出します。スケールからカップを外すと、抽出したエスプレッソ重量が表示されます。

表示


- グラム計量では、LED ディスプレイに [0.0] と表示されます。
- オンス計量では、LED ディスプレイに [0.000] と表示されます。



1 正方形アイコンは、現在「自動風袋モード」であることを示します。



2 スケールにカップを置くと、自動で風袋引きが実行されます。



3 抽出を開始します。

4 抽出が終わると、液体の最終重量が表示されます。

アクション	操作
風袋引き	スケール上の重量が安定すると、風袋引きが自動で実行される
モードのリセット	T ボタンをダブルタップする
モードの切り替え	電源ボタンを長押しする

モード7 - プアオーバータイマー自動スタートモード ● ●


- 円形と滴アイコン



プアオーバーのためのモードです。ケトルから容器への流量を感知すると、タイマーが自動で開始します。スケールから抽出器具を外すとタイマーは自動で停止します。器具を外した後、ディスプレイには液体の最終重量が点滅表示されます。



表示

- グラム計量では、LEDディスプレイに[0:00 0.0]と表示されます。
 - オンス計量では、LEDディスプレイに [0:00 0.000]と表示されます。
 - タイマーは、[0:00] から [9:59] までカウントし停止します。
- *流量インジケーターについての詳細は6ページを参照して下さい。



1 円形と滴のアイコンは、「プアオーバータイマー自動スタートモード」であることを示します。

2 スケールの上にカップを置き、手動で風袋引きをします。




3 抽出を開始し流量を感知すると自動でタイマーが開始します。

4 抽出器具を外すとタイマーは自動で停止します。注湯量と抽出前に風袋引きした重量が交互に点滅表示します。

アクション	操作
タイマーの開始 / 停止 / リセット	電源ボタンをタップする
風袋引き	Tボタンをタップする
モードのリセット	Tボタンをダブルタップする
モードの切り替え	電源ボタンを長押しする


タイマーの自動停止

3種類の自動スタートモード(▲、▲■、▲■)は、エスプレッソの滴下が終わるか、またはカップをスケールから外すと、タイマーが自動で停止します。プアオーバータイマー自動スタートモード(●▲)では、抽出器具をスケールから取り外すとタイマーが停止します。



エスプレッソの抽出結果


全ての自動モード(自動風袋モードを含む)では、抽出が完了してスケールからカップを外すと、ディスプレイには液体の最終重量と抽出の平均流量が交互に表示されます。



自動リセット

スケールが30秒間使用されないとタイマーが自動でリセットされ、風袋引きが自動で実行されます。エスプレッソ周りのワークフローを効率よくするための機能です。スケールからカップを外した後、ボタンをタップして表示をリセットする必要がなく、スケールの表示が自動でリセットされます。

注:このリセットまでの時間を変更するには、「詳細設定」項目 (p. 19) の「自動リセット設定」を参照してください。



詳細設定

設定に入る

1. Lunarの電源がオフの状態で、電源ボタンを長押しします。ディスプレイに [ACAIA] が表示され、そのまま押し続け、[SEt] が表示されたら、ボタンから指を離します。
2. Tボタンをタップすると、設定項目に入ります。最初の項目は [SLEEP] です。
3. ボタン操作は以下の表を参照して下さい。

アクション	操作
次の項目へ移動	Tボタンをタップする
設定項目に入る	Tボタンを長押しする
設定内容の切り替え	Tボタンをタップする
設定内容の保存	Tボタンを長押しする
保存せずにメニューに戻る	電源ボタンをタップする
設定を終了してモードに戻る	電源ボタンをタップする

設定項目

設定	ディスプレイ	サブメニューオプション	デフォルト
スリープタイマー設定	SLEEP	5, 10, 20, 30, 60, Off	5
輝度設定	bright	1, 2, 3, 4	2
バッテリー節約設定	bAttSavE	30, 90, 180, Off	90
デフォルトの計量単位設定	Unit	Gram, Ounce	Gram
操作音設定	bEEP	Off, 1, 2, 3	2
はかりモード設定	NOdE_1	On, Off	On
デュアルディスプレイモード設定	NOdE_2	On, Off	On
リキッドタイマー自動スタートモード設定	NOdE_3	On, Off	On
自動風袋リキッドタイマーモード設定	NOdE_4	On, Off	On
自動風袋&スタートモード設定	NOdE_5	On, Off	On
自動風袋モード設定	NOdE_6	On, Off	On
アオーバータイマー自動スタートモード設定	NOdE_7	On, Off	On
流量インジケーター設定	FLorAtE. d	Default, Grad, Off	Default
平均流量の設定	Avg. FLo	On, Off	On
重量安定インジケーター設定	StAbLE. d	On, Off	Off
自動リセット設定	Auto_rES	Off, 10, 30	30
蒸らし時間のタイムアウト設定	PrE_inFu	10, 30, 60, 120	60
電源オフ設定	P_OFF	Default, 0.5	Default
自動スタート感度設定	SEnSE	0.1, 0.2, Off	Off
計量分解能設定	rESoL	Default, High	Default
計量フィルター設定	FiLtEr	Fast, Normal, High	Fast
ゼロトラッキング設定	trAcE	0.5d, 1d, 2d, 3d, Off	1d
Bluetooth セットアップの設定	bt_SEt	On, Off	On
デフォルト設定にリセット	rESE t. d	No, Yes	No

スリープタイマー設定 [SLEEP]

1. スリープタイマー設定は、Acaia アプリからでも設定できます。
2. 数字はスケールが自動的に電源オフになるまでの時間を示します。例えば 10 を選択した場合、スケールの操作がないまま、もしくはスケールがモバイルデバイスと接続がないまま 10 分間操作がないと、スケールの電源が自動でオフになります。

輝度設定 [bright]

1. デフォルト設定は 2 です。
2. LED ディスプレイの輝度を調節できます。屋外などの明るい環境で操作する時は 4 に設定することを推奨します。

バッテリー節約設定 [bAttSAvE]

1. 一定時間後にディスプレイを暗くすることで、バッテリーを最大 20% 節約します。スケール上に物が感知されると元の輝度に戻ります。
2. 数字は、スケールがバッテリー節約モードに入るまでの時間量を秒単位で示します。
3. T ボタンをタップすると選択項目が切り替わります。

計量単位設定 [Unit]

デフォルトの計量単位はグラムに設定されています。[9] を選択するとグラムに、[o2] を選択するとオンスになります。

操作音設定 [bEEP]

デフォルト設定は [2] です。

操作音の音量をカスタマイズできます。設定内容は Off, 1, 2, 3 です。(3 が最大音量)

はかりモード設定 [NoDE_1]

デフォルト設定は [On] です。

- On : モードが有効です。
- Off : モードが無効です。

デュアルディスプレイモード設定 [NodE_2]

デフォルト設定は [On] です。

- On : モードが有効です。
- Off : モードが無効です。

リキッドタイマー自動スタートモード設定 ♦ [NodE_3]

デフォルト設定は [On] です。

- On : モードが有効です。
- Off : モードが無効です。

自動風袋リキッドタイマーモード設定 ♦ ■ [NodE_4]

デフォルト設定は [On] です。

- On : モードが有効です。
- Off : モードが無効です。

自動風袋 & スタートモード設定 ▲ ■ [NodE_5]

デフォルト設定は [On] です。

- On : モードが有効です。
- Off : モードが無効です。

自動風袋モード設定 ■ [NodE_6]

デフォルト設定は [On] です。

- On : モードが有効です。
- Off : モードが無効です。

プアオーバータイマー自動スタートモード設定 ● ● [NodE_7]

デフォルト設定は [On] です。

- On: モードが有効です。
- Off: モードが無効です。

流量インジケーター設定 [FLorAtE.d]

1. 初期設定は [Default] です。
2. Default : 流量インジケーターが有効です。ディスプレイ上の流量インジケーターがオンになり、エスプレッソの流量がリアルタイムで視覚的に表示されます。
3. Grad : 流量インジケーターと流量マーカーが有効になります。抽出中、マーカーがオンになります。それぞれのマーカーは 0.5g/秒の流量増加を表します。
4. Off : 流量インジケーターが無効です。

平均流量の設定 [Avg.FLo]

1. デフォルト設定は [On] です。
2. On : 平均流量が有効です。抽出が完了してスケールからカップを外すと、ディスプレイには液量と抽出の平均流量を含むエスプレッソの抽出結果が表示されます。
3. Off : 平均流量が無効です。抽出が完了し、スケールからカップを外すと、ディスプレイに液量と総重量を含むエスプレッソの抽出結果のみが表示されます。

重量安定インジケーター設定 [StAbLE.d]

1. デフォルト設定は [Off] です。
2. On : 重量安定インジケータが有効です。重量が安定すると、ディスプレイ左下の重量安定インジケータが点灯します。
3. Off : 重量安定インジケーターが無効です。

自動リセット設定 [Auto_rES]

1. カップを外した後、タイマーと重量が自動的にリセットされます。この設定ではリセットされるまでの時間を設定できます。3つの自動スタートモードで、エスプレッソショットを連続して迅速に抽出することができます。
2. 数字は、カップを外した後の、タイマーリセットまでのタイムアウト値を秒単位で示します。

蒸らし時間のタイムアウト設定 [PrE_inFu]

1. タイマーを手動で開始した場合に、2つの自動スタートモードでスケールがタイムアウトするまでの時間を設定します。これは蒸らし時間が長い場合に非常に有用な設定です。蒸らし時間が長い場合に、先にタイマーが無効になってしまい「タイムアウトの問題」を解消します。
2. 数字は、エスプレッソの滴下または重量が感知されない場合に、スケールのリセットまでの時間を秒数で示します。

電源オフ設定 [P_OFF]

1. デフォルト設定は電源ボタンのダブルタップです。
2. 0.5秒間の電源ボタン押下で電源をオフにします。流量インジケーターが点滅はじめたら、電源ボタンから指を離すと電源がオフになります。使用モードを切り替えるには、電源ボタンを2秒間長押しします。

自動スタート感度設定 [SEnSE]

1. 感度を上げるために、最小重量を下げます。これは、低速度でのエスプレッソショットの抽出に有効です。安定性はその場所の環境ノイズによります。
2. 数字は、モードでの滴下感知の感度を示します。小さい値は感度が高いことを示しますが、安定した作業環境にのみ推奨されます。

計量分解能設定 [rESoL]

1. 初期設定は[dEFAUL] です: 0.1g/0.002oz 単位です。
2. T ボタンをタップすると、選択項目を [dEFAUL] もしくは [hiGh] に切り替えられます。
3. 計量分解能を [hiGh] に設定した場合、単位は 0.01g/0.0005oz になります。はかりモードでスケールをグラムに設定した場合、ディスプレイには、[0.00] と表示され、オンスの場合は [0.0000] と表示されます。

注: 「デュアルディスプレイモード」と「自動スタートモード」では、計量分解能を [hiGh] に設定した場合、ディスプレイには [0:00 0.00] とタイマーが表示されます。

計量フィルター設定 [FiLtEr]

1. デフォルト設定は[Fast]です。
2. 計量フィルター設定は、ロードレセプターが重量に反応する速度と計量値を決定します。[High]はより安定したが、より遅い秤量結果を示し、[Fast]はより高い感度とより速い秤量結果を示します。

ゼロトラッキング設定 [trAcE]

1. ゼロトラッキングは、特定の範囲内でゼロ表示を自動的に保持するための機能です。
2. Off: ゼロ表示は室温などの変化によってドリフトする場合があるため、ゼロトラッキングをオフにすることはお勧めしません。
3. 0.5d～3d: 例えば、標準分解能設定下においては、単位が 0.1g なので「3d = 0.3g」になります。ゼロトラッキングを 3d に設定した場合、計量皿上の ± 0.3g の間の初期重量は徐々にゼロになります。
4. Acaia Lunar では基本的に2dを推奨しています。


Bluetooth セットアップの設定 [bt_SEt]

1. Off: Bluetooth が無効です。スケールは Bluetooth 接続を許可しません。
2. On : Bluetooth が有効です。スケールは Bluetooth 接続を許可します。ユーザーはスケールを Acaia アプリと接続できます。

デフォルトにリセット [rESEt.d]

[YES] を選択すると、全ての設定をデフォルト値に設定します。

付録




ボタン

	機能	例
電源ボタン 	電源オン	0.5秒間押し続けて、スケールをオンにする
	電源オフ	1. ダブルタップしてスケールをオフにする 2. 「P_OFF」が0.5秒に設定されている場合、電源ボタンを0.5秒間押し、流量インジケーターが点滅したら、電源ボタンから指を離しスケールをオフにする
	モードの切り替え	1. スケールがオンの間に1秒間長押しし、モードを切り替える 2. 「P_OFF」が0.5秒に設定されている場合、電源ボタンを2秒間長押し、モードを切り替える
	タイマーの開始 / 停止 / リセット	タップしてタイマーの開始 / 停止 / リセットを行う
風袋ボタン 	風袋引き	タップして、風袋引きをする
	風袋引きをし、タイマーをリセット	自動スタートモードでは、ダブルタップで重量を風袋引きしてゼロにし、タイマーをリセットする
	保存 / 差し引く	2秒間押し続けて、容器の重量を保存する 0.5秒間押し続けて、保存した容器重量を差し引く
	設定項目の切り替え	[SET]表示時にタップして、設定項目に進む 設定モードでタップして項目を切り替える
	確定 / 保存	設定項目内で2秒間押し続けて、選択した項目を確定保存する
	キャリブレーションモードに入る	はかりモードで素早く連打することで、キャリブレーションモードに入る

LED 表示

- ⚡ 充電中 / バッテリー低残量 インジケーター
- ⌚ Bluetooth 接続インジケーター
- ▢ 重量安定インジケーター
- ↳ オンスで計量中 / データ送受信インジケーター



- ボタン作動中 / プアオーバーインジケーター (注水)
- ◆ 自動スタートインジケーター (滴下)
- ▲ 自動スタートインジケーター (風袋)
- 自動風袋インジケーター

⚡ 充電 / バッテリー低残量インジケーター

バッテリー充電中、このインジケーターが点灯し、バッテリーが満充電されるとオフになります。バッテリー残量が少なくなるとインジケーターが点滅して、スケールの充電が必要であることを伝えます。

* 注: Acaia Lunar には、高温での充電を避けるように充電保護が装備されています。コーヒーの抽出後、表面がまだ熱い状態でスケールが充電されないのは異常ではありません。スケールの温度が下がると、バッテリー充電機能が再度有効になります。

⌚ Bluetooth 接続インジケーター

スケールが Acaia アプリに接続されると、このインジケーターが点灯します。

▢ 重量安定インジケーター

重量が安定するとこのインジケーターが点灯します。

↳ オンスで計量中 / データ送受信インジケーター

計量単位がオンスの場合にこのインジケーターが点灯します。また、ファームウェアアップデート中のデータ転送中に点灯します。

● ボタン作動中 / プアオーバーインジケーター (注水)

ボタンが押されると点灯します。

プアオーバータイマー自動スタートモード (● ◆) で点灯します。

ケトルからの注水が感知されると、タイマーが自動で開始します。

◆ 自動スタートインジケーター (滴下)

スケールがエスプレッソの滴下を感知すると、タイマーが自動で開始します。エスプレッソの滴下が終わるとタイマーが自動で停止します。

* 注: エスプレッソ抽出中において、滴下感知モードはエスプレッソの滴下を感知するように作られています。そのため、ケトルからの注水にはタイマーが作動しないことがあります。またプアオーバーモードでの抽出においてはその逆となります。

▲ 自動風袋 & スタートインジケーター


スケール上の重量が安定すると、自動で風袋引きと同時にタイマーが自動で開始します。

■ 自動風袋インジケーター

スケール上の重量が安定すると、自動風袋引きが実行されます。

ファームウェア アップデート

ファームウェアをアップデートするには、以下の手順にしたがって下さい:




1 Acaia Updaterアプリを使用して、Lunarの最新ファームウェアのリリースとアップデートをご確認下さい。

2 Acaia Updaterアプリで(AL008/AL009/AL010)を選択します。アプリが最新のファームウェアをダウンロードします。完了したら「Next」をタップします。



3 端末をLunarに近付け、「Connect」をタップします。

4 アプリに現在のファームウェアが表示されます。「Next」をタップします。



5 Lunarに“Confirm?”と表示されるので、「T」ボタンをタップすると表示が「UPdAtE」に変わりファームウェアの転送が開始されます。

6 ファームウェアのアップデートが完了すると端末の画面に「Done」ボタンが表示され、Lunarが自動でオフになります。これでファームウェアのアップデートが完了です!

エラーコード

エラーコード	説明
100	アクセスコードエラー、アクセスコードを認識できません。
101	EEPROM エラー、メモリにアクセスできません。Acaia サポートまでお問い合わせください。
102	AD エラー、計量信号にアクセスできません。Acaia サポートまでお問い合わせください。
303	許容可能な開始ゼロポイントが見つかりません。過度の力または落下によりロードセルが破損している可能性があります。Acaia サポートまでお問い合わせください。
□	オーバーロード：重量が最大容量を超えています。
□	アンダーロード：重量が最小容量未満です。
304	キャリブレーションエラー。環境騒音が大きすぎるとキャリブレーションを実行できません。風や振動のない安定した環境でキャリブレーションを実施してください。
904	パスワードエラー（デフォルトパスワードは 0000）
_H2O	電源ボタンに水が入っています。
H2O_	風袋ボタンに水が入っています。
H2O	電源ボタンと T ボタンに水が入っています。

その他

表示コード	説明
UPdAtE	スケールはアップデートモードです。 注：アップデートモードを終了する場合は、スケールに USB 充電コードを挿し、電源に接続してください。

仕様

モデル	AL008 / AL009 / AL010 / AL012 / AL013
製品重量	265g ± 5g
製品寸法	幅：105mm 長さ：105mm 高さ：15mm
最大重量	2000g / 70.55oz
最小重量	0.1g
計測単位	グラム / オンス
精度	0.1g / 0.01g
再現性	0.1g
直線性	1d (d=0.1g/ 0.01g)
表示上限重量	2060g / 72.66oz
電源	5V / 500mA
バッテリー	リチウムイオン充電式 3.7V 1100mAh
バッテリー耐久時間	30-40 時間
ディスプレイ	8 枝 LED
材質	アルミニウム、アクリル
接続	Bluetooth 5.0
パッケージ内容	Acaia Lunar コーヒースケール x 1 耐熱/パッド x 1 滑り止め保護ストリップ x 2 摩擦低減保護ストリップ x 2 USB Type-C 充電ケーブル x 1 1Acaia キャリブレーションウェイト (100 g) x 1

著作権

本ユーザーマニュアルは著作権保護されています。無断複写・転載を禁じます。本マニュアルのいかなる部分も、Acaia の書面の同意なしに、コピー、マイクロフィルムへの記録、リプリントまたはその他の方法により(特に電子的手段)、いかなる形態でも複製、処理、複写または公開してはいけません。